

श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ येथील बालरोगशास्त्र विभागातील कार्यरत Mechanical C PAP & Neonatal Ventilators या यंत्राकरीता आवश्यक Reusable Tubing या कन्ड्युमेबल बाबीकरीता जाहीर ई - दरपत्रके मागविण्याबाबत...

जाहिर ई-दरपत्रक सुचना

श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेतील बालरोगशास्त्र विभागातील कार्यरत Mechanical C PAP & Neonatal Ventilators या यंत्राकरीता आवश्यक Reusable Tubing या कन्ड्युमेबल बाबीच्या खरेदीकरीता खालील जोडण्यात आलेल्या स्पेसिफिकेशन नुसार इच्छुक पुरवठादारांकडून ई - दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

मोहरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतीम तारीख:- 24 / 09 / 2025 दुपारी 05.00 वाजेपर्यंत असून, सदर दरपत्रक हे दिनांक:- 25 / 09 / 2025 रोजी दिवशी दुपारी 12.30 वाजता महाविद्यालयाच्या सभागृहात खरेदी समितीच्या सभेमध्ये उघडण्यात येईल. इच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल. सदर दरपत्रक सादर करतांना इच्छुक पुरवठादारांनी खालील अटी व शर्तीनुसारच दरपत्रक सादर करावे.

१) दरपत्रक हे मा.अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ यांच्या नावे सादर करावयाचे आहे.

२) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "श्री. व. ना. शा. वै. म. व रु. यवतमाळ येथील बालरोगशास्त्र विभागातील कार्यरत Mechanical C PAP & Neonatal Ventilators या यंत्राकरीता आवश्यक Reusable Tubing या कन्ड्युमेबल बाबीकरीता जाहीर ई - दरपत्रके " चे दरपत्रक असे नमुद करावे.

३) दरपत्रक हे तांत्रिक लिफाफा (आवश्यक कागदपत्रे) व दराबाबतचा (सर्वकरांसहीत) लिफाफा असे दोन लिफाफे वेगवेगळे सादर करण्यात यावे. तांत्रिक लिफाफामध्ये संस्थेने मागीतलेली पुरवठादाराचे १. दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र, २. पॅनकार्ड, ३. जी. एस. टी. प्रमाणपत्र, ४. कॅन्सल चेक/बँकेची डिटेल्स या दस्तऐवजांच्या साक्षांकीत छायांकीत प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. तसेच दराचा (सर्वकरांसहीत) लिफाफा संस्थेने मागीतलेल्या विहित नमुन्यातच पुरवठादाराने खालील नमूद बाबीचे किंमतीचे दर (सर्वकरांसहीत) नमुद असलेले विवरण पत्र सादर करण्यात यावे. या कार्यालयाने मागीतलेल्या पॅक साईज नुसार दर लिहावे. दर हे हाताने लिहण्यात येवु नये, ते टंकलिखित करूनच सादर करण्यात यावे.

४) पुरवठादाराने त्यांचे दर त्यांचे लेटरहेडवर संस्थेने दिलेल्या नमुन्यानुसार दिलेल्या क्रमाने देण्यात यावे.

५) जिथे दर द्यावयाचे नाही तिथे "इच्छुक नाही" असे स्पष्ट नमुद करावे. ती जागा रिकामी सोडण्यात येवु नये.

६) सर्व दर हे सर्व कर समाविष्ट करूनच नमुद करावे.

७) पुरवठा आदेश प्राप्त होताच संबंधित बाबीचा पुरवठा संबंधित विभागास लवकरात लवकर करणे बंधनकारक राहील.

८) न्युनतम दर असणाऱ्या पुरवठादाराला पुरवठा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर या संस्थेतील संबंधित विभागाला पुरवठा करण्यात यावा, तसेच या कार्यालयाची तक्रार असल्यास ४८ तासांच्या आत बाधित सेवा तात्काळ सुरु करून देण्याची जबाबदारी आपली राहील. न्युनतम दर असणा-या पुरवठादारास आवश्यक बाबीचा नमुना मागण्यात येईल. सदरचा नमुना हा संबंधित विभागाचे मते समाधानकारक/आवश्यक त्या दर्जाचा असल्यासच याबाबत पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात येईल.

९) संबंधित पुरवठ्याचे देयक हे मा.अधिष्ठाता यांचे नावे सेवा देण्यात आलेल्या विभागप्रमुखाकडून प्रमाणित करून चार प्रतित डिलीव्हरी नोट सहीत सादर करण्यात यावे. तदनंतर या कार्यालयास प्राप्त होणा-या/उपलब्ध निधीतून आपल्या देयकाची अदायगी या कार्यालयामार्फत करण्यात येईल.

अपूर्ण कागदपत्रासह/माहीतीसह प्राप्त होणारी दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. संपूर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेला आहे. आदेश/तक्रार प्राप्त होताच आदेशात नमूद सेवेचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.

(PTO)

सदर दोन्ही लिफाफे एका मोठ्या लिफाप्यामध्ये बंद करून त्यावर "श्री.व.ना.शा.वै.म. व रु.यवतमाळ येथील बालरोगशास्त्र विभागातील कार्यरत Mechanical C PAP & Neonatal Ventilators या यंत्राकरीता आवश्यक Reusable Tubing या कन्ड्युमेबल बाबीचे जाहीर ई - दरपत्रके " असे नमुद करावे.

त्यावर पुरवठादाराने स्वतःचे नाव, संपूर्ण पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक नमुद करावे व असा तयार केलेला दरपत्रकाचा लिफाफा सादर करण्यात यावा संस्थेने सुचीत केलेल्या वेळे नंतर प्राप्त होणारी दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाही.

Sr no	Description	Nos/Set	Rate with all including taxes
1	Reusable Silicone Neonatal Double water Trap Ventilator Circuit with Extra Limb (Reusable Tubing)	01 Nos/Each	
Technical Specification			
Optimum Compliance, High Clinical performance ventilator circuits.			
The resistance to flow is low while kinking			
These reusable anaesthesia breathing circuits are biocompatibility tested.			
It is in compliance with ISO standards			
CE certified Silicone Breathing Circuits.			
It is a Durable product			
Tough materials tube provides safe cuffs & kink resistance			
Light weight circuits for patient comfort			
The ventilator circuits can be sterilized by autoclave (up to 135 degree c)			
Category – BCC			
Certification – ISO 13485: 2016 CE Certified			
Standard compliance – ISO 5356-1:2015 & ROHS COMPLIANT			
Tube material - smooth bore silicone			
Inspiratory limb length – 1.2 mtr			
Expiratory limb length – 1.2 mtr			
Humidifier/ Extra limb Length – 30 cm/ custom specified			
Number of water trap bottles used – 2 nos			
Catheter mount used – yes			
Conical connectors used – 22m/f			
Lower internal flow turbulence and condensation			
Lower compliance			
Low flow resistance & dead volume			
Low crush resistance while kinking			
No Leakage			
Packing type – Corrugated box			
Packaging unit – 1			
Patient size – Neoanatal			
Sterile – Recommended to be sterile before use			
Warranty – 12 Months minimum			

प्राध्यापक व विभागप्रमुख,
बालरोगशास्त्र विभाग,
श्री.व.ना.शा.वै.म.व.रु.यवतमाळ

डॉ.अनिल कृष्णराम बत्रा,
(एम.डी.,एल.एल.बी)
अधिष्ठाता,
श्री.व.ना.शा.वै.महा.व रुग्णा.यवतमाळ